URYXXON® Relax

Kratke upute

Važna informacija:
Ove Kratke upute isporučene su s URYXXON® Relax uređajem. Upute nemaju namjenu opsežnog priručnika. Za dodatne informacije, uključujući detaljne postupke rada i postupke čišćenja/dezinfekcije, molimo pregledajte Korisnički priručnik.

MACHEREY-NAGEL test trakice za URYXXON® Relax uređaj

URYXXON® Relax je refleksni fotometar za analizu urinskih test trakica. Namijenjen je za in vitro dijagnostičku uporabu (IVD) i trebaju ga koristiti samo zdravstveni djelatnici. O svakom pozitivnom rezultatu konzultirajte liječnika. U slučaju upornih simptoma ponovite mjerenje.

Za validaciju uređaja koristite isključivo MACHEREY-NAGEL urinske test trakice.

Testirajte svježe uzorke urina unutar 2 sata od prikupljanja. Ohlađeni uzorci urina moraju se prije testiranja dovesti na sobnu temperaturu (15-30°C).

Pročitajte ove upute prije izvođenja testa.
Pažljivo slijedite upute.

Korak 1:

Provjerite je li uređaj ukopčan u struju. Uključite uređaj. Provjerite je li držač trakice čist.

Korak 2:

Uronite trakicu u uzorak urina. Obvezno osigurajte da su svi test jastučići namočeni.

Uklonite test trakicu iz urina nakon 1 sekunde. Povucite dugi rub trakice uz bočnu stranu posude kako biste uklonili višak urina.



Korak 3:

Dugim rubom trakice kratko dodirnite (približno 1 sek.) upijajući papir kako biste uklonili višak uzorka.

Obvezno uklonite višak s test trakice kako bi izbjegli unošenje urina u uređaj.

Korak 4:

Stavite test trakicu na držač. Provjerite jesu li test jastučići okrenuti prema gore. Gurnite trakicu do kraja držača.

Uređaj će automatski započeti mjerenje.

Korak 5:

Kada je mjerenje završeno, rezultat će biti ispisan.

Korak 6:

Upotrijebljene test trakice odložite s laboratorijskim otpadom. Obrišite sve ostatke uzorka s držača.

Čišćenje

1. Obrišite uređaj s vanjske strane dezinfekcijskom maramicom.
2. Isključite uređaj i izvucite držač trakica kako biste ga izvadili iz uređaja.
3. Obrišite držač trakica dezinfekcijskom maramicom. Umetnite držač u uređaj.
4. Prilagodite silu kako biste držač trakica u potpunosti gurnuli u metalni nosač
5. Očistite površinu uređaja dezinfekcijskom maramicom jedamput dnevno. Koristite namijenjene dezinfekcijske maramice

Za detalje o čišćenju I održavanju pregledajte korisnički priručnik.

Kontrola kvalitete

Svaki laboratorij primjenjuje vlastita pravila kontrole kvalitete

Učinkovitost test trakica treba potvrditi upotrebom pozitivnih i negativnih kontrolnih otopina. Pozitivne i negativne kontrole treba analizirati jedamput dnevno, svaki put kada se otvori novo pakiranje trakica, svaki put kada se započne s novom serijom trakica i svakih 30 dana kako bi se provjerili uvjeti skladištenja.

Promjena papira u pisaču

1. Otvorite poklopac pisača pritiskom na oblikovanu plohu iza utora za papir pisača. Odstranite staru rolu papira.
2. Umetnite novu rolu papira za pisač, odmotavajući je prema dolje.
3. Odmotajte približno 10 cm papira.
4. Zatvorite poklopac.

CE IVD

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Tehnička služba

Ako imate bilo kakvih pitanja nakon čitanja priručnika ili ako trebate tehničku pomoć, molimo obratite se

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Njemačka
Tel: +49 24 21 969-0
e-mail: info@mn-net.com
www.mn-net.com

A034335 / xxxx